



COLLEGE OF AGRICULTURE - LALSOT

(Sri Karan Narendra Agriculture University-Jobner)

कृषि महाविद्यालय लालसोट, जिला दौसा (राज.) - 303511

75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav

Dr. D. K. Yadav
DEAN

Mob. No. - 7976144702

Email: dean.coalalsot@sknau.ac.in

दिनांक 07.03.2026

क्रमांक / F / भण्डार / कृमला / 2026 / 1186

सीमित निविदा सूचना

कृषि महाविद्यालय, लालसोट में **Seed Germinator / Seed Germination Chamber** उपलब्ध कराने के लिए प्रतिष्ठित पंजीकृत फर्म / एजेन्सियों से सीलबन्द लिफाफों में दिनांक 13.03.2026 को सुबह 11.00 बजे तक सीमित निविदा आमंत्रित की जाती है जो समिति द्वारा सीमित निविदा दिनांक 13.03.2026 को कार्यालय कृषि महाविद्यालय, लालसोट, दौसा में दोपहर 12.00 बजे खोली जावेगी।

सामान का विवरण

क्र. सं.	सामान का विवरण	प्रस्तावित सामान की संख्या	Make & Model	सामान लगाने सहित व सभी करो सहित दर रुपये में (प्रति नग)
1.	Chamber Capacity Approx. 300-310 liters Construction Double walled cabinet with inner SS-304 stainless steel chamber and outer powder coated mild steel body Insulation High density PUF insulation (50-60 mm) to maintain temperature stability Temperature Range 5°C to 50°C with digital control Temperature Accuracy $\pm 0.5^\circ\text{C}$ Temperature Uniformity $\pm 1^\circ\text{C}$ within chamber Humidity Range 40-95% Relative Humidity Controller Microprocessor / PID based digital controller with LED/LCD display Sensor PT-100 temperature sensor Lighting System Internal LED / fluorescent lighting system for photoperiod control Air Circulation Forced air circulation through low-noise blower for uniform temperature	01		

— [Signature]

Shelves / Trays 06-10 adjustable stainless steel trays Door Type Insulated door with magnetic gasket and glass viewing window Safety Features High-temperature alarm, overload protection, and automatic cut-off Power Supply 220-230 V AC, 50 Hz, Single Phase Dimensions(Approx.) 555 × 605 × 910 mm internal chamber size Certification ISO / CE certified manufacturer (Model) Warranty Minimum 02 years comprehensive warranty Installation Supply, installation, and demonstration at College of Agriculture Lalsot			
---	--	--	--

शर्तें :-

- 1- उक्त कार्य के लिए कार्यादेश मिलने के तुरन्त बाद 10 दिन में कार्य पूरा करना होगा।
- 2- निविदादाता फर्म का GST में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
- 3- निविदा को निरस्त करने के सभी अधिकार निविदा समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
- 4- निविदादाता का बैंक खाता संख्या व आई.एफ.एस.सी. कोड संख्या तथा पैन कार्ड होना अनिवार्य है।
- 5- निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाली निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- 6- निविदादाता को किसी भी प्रकार की अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- 7- सामान में बढोतरी व कमी की जा सकती है।
- 8- निविदा दाता सामान का आंकलन कार्यालय समय में कर सकते हैं।


अधिष्ठाता

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर
2. डॉ. जे. के. गुप्ता, सहायक आर्चाय सीमित निविदा की सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
3. संयोजक निविदा कमेटी/सदस्यगण, कृषि महाविद्यालय, लालसोट (दौसा)।
4. नगरपालिका कार्यालय, लालसोट/ग्राम पंचायत कार्यालय, डीडवाना
5. नोटिस बोर्ड, कृषि महाविद्यालय, लालसोट

प्रभारी भण्डार

निविदा प्रपत्र

क्र. सं.	समान का विवरण	प्रस्तावित सामान की संख्या	Make & Model	सामान लगाने सहित व सभी करों सहित दर रुपये में (प्रति नग)
1.	<p>Chamber Capacity Approx. 300–310 liters</p> <p>Construction Double walled cabinet with inner SS-304 stainless steel chamber and outer powder coated mild steel body</p> <p>Insulation High density PUF insulation (50–60 mm) to maintain temperature stability</p> <p>Temperature Range 5°C to 50°C with digital control</p> <p>Temperature Accuracy ±0.5°C</p> <p>Temperature Uniformity ±1°C within chamber</p> <p>Humidity Range 40–95% Relative Humidity</p> <p>Controller Microprocessor / PID based digital controller with LED/LCD display</p> <p>Sensor PT-100 temperature sensor</p> <p>Lighting System Internal LED / fluorescent lighting system for photoperiod control</p> <p>Air Circulation Forced air circulation through low-noise blower for uniform temperature</p> <p>Shelves / Trays 06–10 adjustable stainless steel trays</p> <p>Door Type Insulated door with magnetic gasket and glass viewing window</p> <p>Safety Features High-temperature alarm, overload protection, and automatic cut-off</p> <p>Power Supply 220–230 V AC, 50 Hz, Single Phase</p> <p>Dimensions(Approx.) 555 × 605 × 910 mm internal chamber size</p> <p>Certification ISO / CE certified</p>	01		

(Handwritten Signature)

manufacturer (Model) Warranty Minimum 02 years comprehensive warranty Installation Supply, installation, and demonstration at College of Agriculture Lalsot			
--	--	--	--

निविदा दाता कें हस्ताक्षर मय मोहर

